

令和8年8月5日

蛍光X線分析装置の仕様に係る質問について

令和8年8月24日開札予定の標記案件について質問があり、以下のとおり回答します。

【仕様書】
5 詳細仕様
(1) 蛍光X線分析装置 一式
コ 蛍光X線分析装置付属品
(イ) メンテナンスに必要な消耗品及び工具を付属すること。
【質問】
消耗品は、メーカー点検で使用する部品を指しているか。
【回答】
消耗品は、ユーザーが日常点検等で使用する部品を指します。

担 当：
新潟県産業労働部創業・イノベーション推進課
次世代技術振興係
電話番号 025-285-5511（内線 2784）